

產品檢驗報告

產品名稱：鍍金石英震盪片		規格：6MHZ	數量：10000片	抽檢數量：全檢	生產日期：2019.08月
序號	檢驗項目	檢驗要求	判定結果		備註
			合格	不合格	
1	物理特性	傳感器材料：α 石英	✓		
		切角：35度15分（AT）	✓		
		輪廓：3屈光度平凸	✓		
		表面粗糙度：<10微米	✓		
		直徑：13.95±0.05mm	✓		
		電極：金	✓		
2	電氣特性	諧振頻率：5.980-5.995 MHz	✓		
		Q 值：240萬以上	✓		
		諧振阻抗：< 15Ω	✓		
		接觸電阻：< 15Ω	✓		
3	外觀	黑點/髒污：D≤0.15mm, N≤2 且 DS≥10mm	✓		N-數目（個） D-直徑（mm） L-長度（mm） W-寬度（mm） DS-距離（mm）
		細劃傷：L≤2mm, W≤0.05mm, N≤1	✓		
		氣泡/麻點/水紋：不允許	✓		
		硬化傷/碰傷：不允許	✓		
		鍍層脫落/漏鍍：不允許	✓		
4	其他項目	以實際具體要求			
檢查結果： <input checked="" type="checkbox"/> 合格 <input type="checkbox"/> 讓步接收 <input type="checkbox"/> 不合格 日期：					